

## SBF 模拟体液(无菌)

### 产品简介:

随着医学和制造技术的不断发展,各种应用于整形和修复手术的生物材料(如人造骨骼、人造牙齿等)层出不穷并不断完善,然而所有这类人工合成的材料从研发到实际应用都必将面对相同的问题——能否在人体内稳定存在,且不对人体造成危害,动物实验是研究者用以证明材料安全性及可靠性的最常用手段之一,但动物实验还存在技术含量较高、成本比较高、不能灵活取样观察、实验周期较长等缺陷,因此简单易行的体外模拟实验应运而生并不断被使用。

SBF(Simulated Body Fluid)是目前体外模拟最常用的溶液,是进行体外模拟实验的基础,它是日本学者 Tadashi KoKuBo 等以人体血浆的离子浓度为模板设计的,目的是为了检验材料的生物活性,SBF 作用原理是人工合成的材料在植入人体后能够通过表层形成类骨磷灰石层来与骨骼连接;同样,人工材料也能在与人体血浆离子浓度相似的 SBF 中形成羟基磷灰石,那么就能说明该材料具有生物活性,近年来 SBF 不断被调整,大多数都集中于各离子浓度的改变。人体血浆、SBF 和改良 SBF 离子浓度对比如下(单位 mmol/L):

离子	Na <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Cl <sup>-</sup>	Mg <sup>2+</sup>	Ca <sup>2+</sup>	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	HPO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>
人体血浆	142.0	5.0	103.0	1.5	2.5	27.0	1.0	0.5
SBF	142.0	5.0	147.8	1.5	2.5	***	1.0	0.5
改良 SBF	142.0	5.0	*****	1.5	2.5	27.0	1.0	0.5

Leagene SBF 模拟体液主要由氯化钠、氯化钾、氯化钙等组成,经无菌处理,pH=7.2~7.4,SBF 模拟体液在 4℃条件下可稳定保存 3~6 个月,在室温条件下极易变质。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	
	CZ0400	Storage
SBF 模拟体液(无菌)	500ml	4℃
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据具体实验要求操作。

### 注意事项:

- 1、SBF 模拟体液为无菌溶液,如有无菌要求,请注意无菌操作。

- 2、本品应为无色透明溶液，如变色或有沉淀应丢弃。如在温度较高的室温放置，12~24小时即会变绿，出现浑浊，应弃用。
- 3、SBF 模拟体液注意 4℃密闭保存，以免效率下降。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**3 个月有效。低温运输和保存。

**相关产品：**

产品编号	产品名称
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
CZ0200	人工小肠液
CZ0420	SBF 模拟体液(粉剂)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
DP0013	GUS 染色液(即用型)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)